

## Empfehlung für erforderliche Neuabnahme von Probenahmesystemen in Milchsammelwagen

**Folgende Veränderungen am System selbst oder an der Peripherie des Probenahmesystems,  
führen vor Ihrem Einsatz zu einer erneuten Hauptprüfung gemäß DIN 11868-1.**

1. **Wechsel des ULTRASAMPLER**
2. **Änderung der Länge des Ansaugschlauches und/oder Leitungsquerschnitt**
3. **Wechsel des Flowlevelmeter**
4. **Wechsel der Vakuumpumpe und wenn der MSW umgesetzt wird,  
bei AKKU-Geräten (elektronischen Fahrzeugen) entscheidet die Prüfstelle über eine  
Neuabnahme**
5. **bei Änderung des Abzweigsystems bei fester und variabler Taktung**
6. **Austausch des Datenerfassungssystems für die Probenahmesteuerung**